



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS  
INAPA

No. EXPEDIENTE
INAPA-CCC-LPN-2025-0028
No. DOCUMENTO
Click here to enter text.

17 de septiembre del 2025

Página 1 de 1

CIRCULAR No. 1 DE RESPUESTAS  
COMITÉ DE COMPRAS

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

**“ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA, OBSERVACIÓN Y ENSAYO PARA LOS TRABAJOS DEL LABORATORIO PROVINCIA VALVERDE MAO, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR APS”**

El Comité de Compras y Contrataciones del **Instituto Nacional de Aguas potables y alcantarillados (INAPA)**, les informa que, hasta la fecha **05 del mes de septiembre del 2025**, recibimos preguntas y les damos las siguientes respuestas:

1. Favor aclarar, para el escáner de Temperatura  
Definir los siguientes parámetros para selección optima del equipo que necesitan  
**Respuesta: Se modifica ficha técnica. Ver Enmienda.**
2. Para los 60 dataloguers (código dynamics: 41112205214) que están requiriendo es bueno que se deje claro qué tipo de sensor sí; nivel, presión o caudal conectaran a estos y a su vez también agregar a la ficha técnica mediante qué tipo de conexión electrónica requieren que tengan dispobile ya sea modbus, 4 a 20 ma o Pulsos, esto surge porque existen Dataloguers que pueden medir solo presión, solo caudal, caudal y presión, nivel, y otras variables ya relacionadas a la calidad del agua. entonces es vital que el oferente tenga claro lo que ustedes requieren exactamente para que lo entregable les sea funcional al 100%  
**Respuesta: Presión y Caudal. Batería y hermético, resistente al agua.**
3. Cabe recalcar que en la ficha técnica establece que el loguer debe ser conectado a cualquier contador de dos formas, pero no se aclara cuales dos de las que tres básicas que les menciono arriba, por otro lado, cada marca de Dataloguer viene con su aplicación ya sea tipo SCADA o tipo Web para poder tener todas las mediciones monitoreadas desde un computador dicho software debería agregarse al proceso de licitación con dichos equipos para que sea funcional lo que se busca.  
**Respuesta: SCADA web**


4. - ¿La presente licitación permite ofertar por uno solo de los ítems contenidos dentro del listado o es obligatorio que el proveedor presente oferta por la totalidad de los 26 bienes descritos? En nuestro caso estamos interesados en ofertar únicamente por el artículo 25 con cantidad de Tres (3) unidades Georadares.

**Respuesta:** Ver Numeral 3. Descripción de los Bienes, del Pliego de Condiciones, donde establece lo siguiente.

**“Los bienes ofertados deben de cumplir con todas las especificaciones técnicas adjuntas al proceso.**

**No se permite el cambio de cantidades, ni unidades de medidas, indicadas en el presente Pliego de Condiciones. (No subsanable).**

**Las ofertas deben ser presentadas por ítem, de igual forma será la adjudicación.”**



JM/Rreyes