

**FICHA TECNICA PARA ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS**



Proceso: Compra y Contrataciones.

Código: FR-CYC-004

Versión: 02

Página: 1 de 1

Fecha: 09-May-2024

**Informaciones Generales**

**Área solicitante:**

**Indique si es un Bien o Servicio**

Lab. Nacional de Referencia Calidad de Agua "Ing. Marco Rodríguez"

Bien

**Código del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS)**

4112 - Suministros y accesorios de laboratorio

**DETALLE REQUERIMIENTO**

Código Dynamics:

Cantidad:

Tubos Durham 6 X 50 MM

39101701001

35

**Descripción del Bien o Servicio**

Tubos Durham utilizados principalmente en microbiología para detectar el gas producido por los microorganismos. Estos tubos especiales se colocan boca abajo en tubos de ensayo más grandes.

**Especificaciones Técnicas**

**Tamaño**

(6 x 50) mm

**Presentación**

Borde liso (sin labio) con fondo redondo sin graduación

**Paquetes**

De 72 unidades

**Material**

Vidrio borosilicato Fiolax

**Fabricación**

ASTM E438, Tipo I, Clase A

**Espesor de pared**

≥ 0,8 mm

**OTROS CRITERIOS**

**Criterio de Compra o Sustitución**

*Las 35 Unidades hace referencia a paquetes de 72 tubos durham. Si el paquete trae 72 tubos este se multiplica por 35 lo cual equivale a 2,520 tubos.*

**Criterio de Almacenamiento**

**Empaque y rotulado:**

Deberá empacarse el producto para que no sufra daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte.

**Garantía total:**

N/A

**Observaciones**

**Certificaciones y Normativas:**

Fabricante certificado: ISO 9001:2015 o similar. (Certificación de origen de fabricación). Si el documento no está en español, este deberá tener una traducción legal al español.

Deben entregar una muestra física del tubo durham para la evaluación del mismo. Se devolverá al oferente después de su evaluación.

*Andreina Ramírez*

Andreina Ramírez  
402-0911957-3

*ce Pujols*

Wilson Pujols  
002-0076031-2

*Amanda Andújar*

Amanda Andújar  
002-0183091-6

